

**LÄNSRÄTTEN I
STOCKHOLMS LÄN**

DOM
2008-01-14
Meddelad i
Stockholm

Mål nr
24475-07
Rotel 552


SÖKANDE

A. Menarini Diagnostics Nordic Countries S.r.l., 516403-8126
Per Albin Hanssons väg 41, Hus D
214 32 Malmö

Ombud: Advokat Klas Johansson
Ramberg Advokater KB
Stora Nygatan 38
211 37 Malmö

MOTPART

Stockholms läns landsting
SLL Upphandling
Box 6401
113 82 Stockholm



SAKEN

Överprövning enligt lagen (1992:1528) om offentlig upphandling – LOU

DOMSLUT

Länsrätten förordnar att Stockholms läns landsting inte får avsluta upphandlingen om diabeteshjälpmiddel förrän rättelse gjorts på så sätt att A. Menarini Diagnostics Nordic Countries S.r.l. får delta i utvärderingen.

Länsrättens beslut den 16 november 2007 upphör därmed att gälla.

Dok.Id 286869

Postadress	Besöksadress	Telefon	Telefax	Expeditionstid
115 76 Stockholm	Tegeluddsvägen 1	08-561 680 00	08-561 680 01	måndag – fredag
		E-post: lansrattenistockholm@dom.se		09:00-15:00

BAKGRUND

Stockholms läns landsting har inbjudit leverantörer att lämna anbud avseende diabeteshjälpmedel. Upphandlingen genomförs som en öppen upphandling enligt 2 kap. LOU.

Stockholms läns landsting har enligt tilldelningsbeslut den 7 november 2007 meddelat att Stockholms läns landsting har för avsikt att ingå avtal med annan leverantör än A. Menarini Diagnostics Nordic Countries S.r.l (bolaget).

Bolaget ansöker om överprövning enligt LOU

Länsrätten har den 16 november 2007 beslutat att upphandlingen inte får avslutas innan rätten förordnar annat i målet.

YRKANDEN M.M.

Bolaget yrkar i första hand rättelse genom dels att bolagets anbud avseende basglukosmätare, avancerade glukosmätare inklusive kassetter och glukosmätare vid peritonealdialys med tillhörande teststickor, antas, dels att, i första hand, utvärderingen beträffande samtliga ingivna förvaringsväskor görs om genom att landstinget undersöker om väskorna är fria från PVC-plast, i andra hand genom att landstinget anmodar samtliga anbudsgivare att inkomma med intyg från plastleverantör, plastkomponentleverantör eller förpackningsleverantör, allt för att klargöra vilka offererade produkter som uppfyller de obligatoriska miljökraven uppställda i landstingets kravspecifikation och därmed vilka anbud som kan antas för avtalstecknande.

Bolaget yrkar i andra hand att upphandlingen skall göras om.

Till stöd för sin talan anför bolaget bland annat följande.

Halkrisk

När mätaren inte används förvaras den i en särskild väska. Landstinget har i kravspecifikationen som generellt krav bland annat uppgivit att "mätarna skall ej 'halka' ur förvaringsväskan när den öppnas". Bolaget har i sitt anbud uppgivit att mätare uppfyller skall-kravet och dessutom kommenterat att mätaren sitter fast i en förvaringsficka. Av tilldelningsbeslutet framgår att bolaget inte är en av de utvalda leverantörerna enligt tilldelningsbeslutet den 7 november 2007. Landstinget har i utvärderingen bedömt att bolaget inte uppfyller skall-kravet vad avser att mätaren inte skall halka ur förvaringsväskan. Av bildserien på förvaringsväskan och förvaringsfickan framgår att väskan har ett flertal förvaringsfickor. Oavsett vilken förvaringsficka som används halkar inte mätaren ur väskan. En av dessa förvaringsfickor är dessutom försedd med dragkedja. Anförd omständighet liksom den omständigheten att bolaget uppgivit att bolaget uppfyller skall-kravet och genom en kommentar uppgivit att mätaren sitter fast i en förvaringsficka, är mer än tillräckligt för att bolaget och deras produkter skall anses uppfylla skall-kravet. Landstinget har genomfört en felaktig utvärdering av bolagets produkter när motparten godtyckligt påstått att mätaren halkar ur förvaringsväskan och att bolaget därför inte skulle uppfylla skall-kraven. Detta trots att bolaget i sitt anbud uppgivit att de uppfyller kravet och att mätaren sitter fast i en förvaringsväska. Dessutom har inga funktionsprover, såvitt känt, av inlämnade varuprover resulterat i motsatta uppgifter. Bolaget uppfyller därför skall-kraven. Mätaren halkar inte ur förvaringsväskan när den öppnas. Bolaget har i sitt anbud uppgivit att bolaget uppfyller ifrågavarande skall-krav och som skriftlig kommentar till skall-kravet framfört att mätaren sitter fast i en förvaringsficka. Av Stockholms läns landstings yttrande redogörs noggrant för omfattningen av den referensgrupp som deltagit i utvärderingen av offererade produkter. Däremot sägs inget i yttrandet om hur eventuella funktionsprover utförts och vilka resultat som framkommit vid

sådana prover. Bolaget kan därför inte komma till annan slutsats än att Stockholms läns landsting inte genomfört några funktionsprover utan godtyckligt ansett att bolagets produkt halkar ur väskan när den öppnas. Bolaget har under de senaste åren i Europa placerat drygt 300 000 mätare och det har aldrig framställts påpekanden om att mätaren skulle halka ur förvaringsväskan när den öppnas. Ingen annan upphandlande enhet har framställt ett krav på att en mätare inte skall halka ur förvaringsväskan när den öppnas. Bolaget ifrågasätter aktuellt skall-krav och anser att det saknas all relevans i sammanhanget. Som framförts tidigare och som dessutom framgår av ingiven bildserie är förvaringsväskan utrustad med ett flertal förvaringsfickor. En av dessa är dessutom försedd med dragkedja, vilket medför att mätaren inte halkar ur förvaringsväskan även om den samtidigt är öppen, hålls upp och ned samt skakas. Även för bolagets del infinner sig känslan av att detta skall-krav tillkommit och utnyttjats av Stockholms läns landsting för att förkasta vissa anbud.

PVC-plast

I kravspecifikationen har landstinget uppställt två skall-krav i A2 och A7 gällande att "varan eller delar av varan är fri från PVC-plast". Enligt bolagets mening uppfyller inte anbudsgivarna Abbott Scandinavia AB och Johnson & Johnson AB dessa skall-krav. Inför upphandlingen lät bolaget tillverka en ny förvaringsväska, fri från PVC-plast, för att uppfylla kravet. Det har kommit till bolagets kännedom att de förvaringsväskor ovan nämnda anbudsgivare idag förser marknaden med, med största sannolikhet innehåller PVC-plast. Såvitt känt har av anbudsgivarna inskickade varuprover inte kontrollerats i detta avseende, inte heller har anbudsgivarna ingivit intyg som motsäger bolagets påståenden. Detta strider uppenbart mot skallkraven i punkterna A2 och A7. Alla kraven under punkten A är således inte uppfyllda vilket är ett måste för att anbud skall behandlas vid utvärderingen. Anbudsgivarnas produkter skulle därför inte ha fått tilldelning i upphandlingen. Vidare har landstinget genomfört en felaktig utvärdering av

anbudsgivarnas produkter när landstinget ansett att de uppfyller punkterna A2 och A7. Anbudsgivarnas produkter skulle därför rätteligen inte ha fått tilldelning i upphandlingen. Stockholms läns landsting har i denna del stannat vid vad anbudsgivarna uppgivit i sina anbud och åberopat att de på grund av bristande resurser inte haft möjlighet att undersöka denna fråga vidare. Landstinget har således i detta avsnitt agerat tvärtemot hur de agerat i frågan om halkrisk. Där har Stockholms läns landsting ifrågasatt vad anbudsgivarna, däribland bolaget, uppgivit i sitt anbud. Att bolaget, som angivits ovan, dessutom uppgivit att mätaren sitter fast i en förvaringsficka, har Stockholms läns landsting till synes inte tagit någon hänsyn till. Uppställda obligatoriska miljökrav upptar ett eget kapitel i kravspecifikationen medan halkrisken endast omnämns i en mening. Det kan inte förstås på annat sätt än att landstinget värderar miljökraven högre än kravet att mätare inte skall halka ur förvaringsväskan när den öppnas. Det är mot den bakgrunden förvånansvärt att Stockholms läns landsting uppenbarligen haft resurser till att pröva halkrisken men ansett sig inte ha tillräckligt med resurser för att pröva skall-kraven på miljöområdet.

Stockholms läns landsting yrkar att ansökan om överprövning avslås och anför bland annat följande.

Halkrisk

Vid utvärderingen har en referensgrupp bestående av diabetessjuksköterskor samt representanter från Stor-Stockholms diabetesförening, landstinget beställningscentral för diabeteshjälpmiddel och centrum för allmänmedicin deltagit. Referensgruppen har vid utvärderingen gjort denna med utgångspunkt från att halkrisken för mätaren är av stor vikt vid det löpande sjukvårdsarbetet. Denna prövning – varvid bör erinras om att väska/produkt handhas av patienten – har lett fram till de bedömningar av hur olika väskor uppfyller skall-kravet. I denna bedömning ingår kännedom om att väska/produkt handhas av dels barn/yngre, dels äldre personer.

PVC-plast

Landstinget vill påpeka att av kravspecifikationen, punkt 2.4 "Miljökrav", framgår att verifikation endast behöver inges vid anfordran. Beträffande inkomna anbud har såväl tilldelat anbud som sökanden uppgett att levererade produkter (mätare, väska, förpackning) är PVC-fria. Landstinget har att utgå från lämnat anbudssvar. Varje enskild fråga kan inte föranleda extra utredande analys utöver vad anbudsgivare anger i anbudet. Den omständigheten att "inskickade varuprover inte kontrollerats" vilar ytterst på den grad av handläggningsresurser som den upphandlande myndigheten förfogar över. Landstinget kvarstår vid bedömningen att varje enskild fråga inte kan föranleda extra utredande analys utöver vad anbudsgivare anger i anbudet. Landstinget har vid upphandlingen gällande miljöfrågan biträtts av landstingets miljöavdelning.

Länsrätten har den 17 december 2007 hållit muntlig förhandling i målet. Vid förhandlingen har på bolagets begäran vittnesförhör hållits med business manager Johan Vikner och på Stockholms läns landstings begäran vittnesförhör hållits med diabetessjuksköterska Lena Insulander.

DOMSKÄL

Av 1 kap. 4 § LOU framgår att upphandling skall göras med utnyttjande av de konkurrensmöjligheter som finns och även i övrigt genomföras affärsmässigt. Anbudsgivare, anbudssökande och anbud skall behandlas utan ovidkommande hänsyn.

Enligt 7 kap. 1 § första stycket LOU får en leverantör som anser att han lidit eller kan komma att lida skada enligt 2 § i en framställning till allmän förvaltningsdomstol ansöka om åtgärder enligt nämnda paragraf.

I 7 kap. 2 § LOU anges bland annat följande. Om den upphandlande enheten har brutit mot 1 kap. 4 § eller någon annan bestämmelse i denna lag och detta har medfört att leverantören lidit eller kan komma att lida skada, skall rätten besluta att upphandlingen skall göras om eller att den får avslutas först sedan rättelse gjorts.

Av utredningen i målet framgår bland annat följande.

Ur anbudsförfrågan punkt 1.7 framgår bland annat följande.

Förfrågningsunderlaget med bilagor innehåller ett antal obligatoriska krav som benämns ”**skall**-krav”. Dessa är markerade med fetstil. Förutsättningen för att ett anbud ska kunna prövas, utvärderas och antas är att dessa skall-krav är uppfyllda. Anbud som inte uppfyller samtliga skall-krav kommer att förkastas.

Av anbudet **skall** framgå att samtliga skall-krav är uppfyllda.

Anbudet **skall** redovisa efterfrågade uppgifter och bör följa förfrågningsunderlagets struktur för att granskning och utvärdering av anbuderna ska kunna ske på ett effektivt och rättvisande sätt.

Ur kravspecifikationen framgår bland annat följande.

Generella krav gäller samtliga mätare och tillhörande teststickor.

- Mätarna **skall** ej ”halka” ur förvaringsväskan när den öppnas.

Av ”frågor och svar 2” framgår bland annat följande.

Frågor

4. Basglukosmätare kravspecifikation; Mätaren skall ej ”halka” ur förvaringsväskan när den öppnas; Vänligen definiera hur ni testar detta skallkrav. Samt beskriv vart gränsen går för att klara av skallkravet.

Svar

4. Om man öppnar förvaringsväskan och lutar den, antingen halkar mätaren ur förvaringsväskan eller så sitter den kvar.

Ur kravspecifikationen framgår vidare bland annat följande.

2.4 Miljökrav

A. Obligatoriska krav (skall-krav)

A2. Varan, eller delar av varan, är fri från PVC-plast.

A7. Förpackningsmaterial är fritt från PVC-plast.

Uppgifterna om verifikation utgör underlag till lämnade svar. Verifikationen skall **endast** skickas in vid anmodan från Stockholms läns landsting.

Ur utvärderingsprotokollet framgår bland annat följande utvärderingsresultat.

Utvärdering skall-krav basmätare

		Mätaren ska ej halka ur förvaringsväskan när den öppnas
Abbott Scandinavia AB	Free Style Lite	Ja
Abbott Scandinavia AB	Freedom Lite	
Abbott Scandinavia AB	Precision Xceed	Ja
Bayer Health Care A/S	Accencia Countour	Ja
Bayer Health Care A/S	Accensia Brezze 2	Ja
Everymed AB	Everymed X3	Ja
HemoCue AB	HemoCue Monitor	
Hae Medic AB	Gluco Sure Extra	Ja
Hae Medic AB	Gluco Sure Plus	Ja
Johnson & Johnson AB	One Touch Ultra 2	Ja
Johnson & Johnson AB	One Touch Ultra Easy	Ja
Johnson & Johnson AB	One Touch Ultra Smart	Ja
Meda AB	True Track	Nej
Menarini Diagnostics AB	Gluco Men Vision	Nej
Roche Diagnostics Scandinavia AB	Accu-Chek Aviva	Ja
Roche Diagnostics Scandinavia AB	Accu-Chek Compact Plus	Ja
Tamro MedLab AB	Glucocard	Nej

Utvärdering avancerad mätare skall-krav

		Mätaren ska ej visa mätvärde vid för lite blod. Felkod accepteras	Mätaren ska ej halka ur förvaringsväskan när den öppnas	Teststickor/kassetter/kuvetter ska ha en hållbarhet på minst 7 månader i obruten förpackning vid leverans till patient
Abbott Scandinavia AB	Free Style Lite	Ja	Ja	Ja
Abbott Scandinavia AB	Freedom Lite			
Abbott Scandinavia AB	Precision Xceed	Ja	Ja	Ja
Bayer Healt Care A/S	Accencia Countour	Ja	Ja	Ja
Bayer Healt Care A/S	Accensia Brezze 2	Ja	Ja	Ja
Everymed AB	EveryX3	Ja	Ja	Ja
Hae Medic AB	Gluco Sure Extra	Ja	Ja	Ja
Johnson & Johnson AB	One Touch Ultra 2	Ja	Ja	Ja
Johnson & Johnson AB	One Touch Ultra Easy	Ja	Ja	Ja
Johnson & Johnson AB	One Touch Ultra Smart	Ja	Ja	Ja
Meda AB	True Track	Ja	Nej	Ja
Menarini Diagnostics AB	Gluco Men Vision	Ja	Nej	Ja
Roche Diagnostics Scandinavia AB	Accu-Chek Aviva	Ja	Ja	Ja
Roche Diagnostics Scandinavia AB	Accu-Chek Compact Plus	Ja	Ja	Ja
Tamro MedLab AB	Glucocard	Ja	Nej	Ja

Bolaget har vid den muntliga förhandlingen anfört bland annat följande. Bolaget har deltagit i upphandlingen och i kravspecifikationen i upphandlingen står det på sidan två att mätaren inte skall halka ur förvaringsväskan när den öppnas. Bolaget har i sitt anbud konstaterat att bolagets väska uppfyller skall-kravet och att den sitter i en förvaringsficka. Av tilldelningsbeslut framgår att bolaget inte var utvald leverantör. Bolaget kan konstatera att Stockholms läns landsting bedömt att deras mätare inte uppfyller skall-kravet. Så som Johan Vikner visar så innehåller väskan förvaringsfickor och mätaren halkar inte ut. En av fickorna är också försedd med blixtlås. Det är mer än tillräckligt för att uppfylla skall-kravet. Det framgår inte om och hur funktionsprover har utförts och hur de utfallit. Bolaget menar att Stockholms läns landsting godtyckligt bedömt att bolaget inte uppfyller skall-kravet. Stockholms läns landsting har lagt ned stor kraft och tid på detta till skillnad från utvärderingen av miljödelen. Där har istället hänvisats till bristande resurser. Bolaget har placerat ca 300 000 mätare i Europa och det har inte framställts om att mätaren skulle halka ur förvaringsväskan när den öppnas. Ingen annan upphandlande enhet ställer upp ett krav som detta. Skall-kravet ifrågasätts därför. Det saknar relevans i sammanhanget. Det har tillkommit och utnyttjats av landstinget för att kunna förkasta vissa anbud. Bolaget anser att det kommit fram idag och i handlingarna att Stockholms läns landsting har genomfört en felaktig utvärdering att produkterna. Stockholms läns landsting har godtyckligt bedömt att bolagets mätare halkar ur förvaringsväskan och inte uppfyller skall-kravet. Bolagets uppfattning är att de uppfyller skall-kravet. Mätaren halkar inte ur väskan. Den halkar inte ur om den öppnas, lutas, eller hålls upp och ner, inte heller när den sitter i det fack där den levereras. Det finns också ytterligare två fack, ett med kardborre och ett med dragkedja. Bolaget förstår inte hur skall-kravet inte kan anses vara uppfyllt. Bolaget lämnade en skriftlig kommentar i anbudet om att mätaren sitter fast i en förvaringsficka och inte närmare specificerat vilket. Stockholms läns landsting har noga talat om att det var en referensgrupp som tittade på väskorna, men det är fortfarande outrett hur

gruppens utvärdering skett. Det är osäkert hur kraven varit. Det finns inget protokoll i målet som visar hur testningen gått till. Några funktionsprover har egentligen inte genomförts. Abbotts mätare som uppfyllde skall-kravet trillade ur väskan under den muntliga förhandlingen. Bolaget har aldrig varit med om att klagomål gällande detta framförts trots att 300 000 mätare har placerats i Europa. Ingen annan upphandlande enhet har heller framfört detta krav. Kravet har inte framförts på ett korrekt sätt utan har tillkommit för att Stockholms läns landsting skall kunna förkasta vissa anbud. – Kravet att vara och förpackning skall vara fria från PVC-plast tas upp som ett helt eget kapitel i kravspecifikationen. Krav A2 och A7 innebär att varan och förpackningen skall vara fri från PVC-plast. Bolaget menar att åtminstone två leverantörers mätare, Abbotts och Johnson & Johnson AB:s, med allra största sannolikhet innehåller PVC-plast. Såvitt bolaget kan förstå så har inte Stockholms läns landsting utrett detta med hänvisning till bristande resurser. Gällande gruppens kompetens verkar mycket tid ha lagts på att undersöka halkrisken. Liknande resurser har inte lagts på att undersöka PVC-halten i produkterna. Nu talas om att kompetens från miljöavdelningen fanns närvarande, men det finns inga protokoll eller liknande från detta. Det är märkligt med tanke på att så mycket tid och kraft ägnas åt det kravet i kravspecifikationen att ett eget kapitel ägnas åt det. Mot bakgrund av detta måste länsrätten komma fram till att yrkandena skall bifallas.

Stockholms läns landsting har vid den muntliga förhandlingen uppgett bland annat följande. Den referensgrupp som har hanterat utvärderingen är en omsorgsfullt tillsatt grupp med erfarenheter av produkter och av hur patienterna fungerar med mera. Gällande PVC har Stockholms läns landsting i det sista yttrandet uppgett att upphandlande enhet biträtts av miljöavdelningen som har kompetens på området. Det görs gällande att Stockholms läns landsting gjort en felaktig värdering, den typen av påpekanden görs dock i många upphandlingar. Att utvärderingen däremot skulle vara godtycklig är illa påpekat. Att värderingen skulle ske på det sätt för att förkasta

visst anbud är ett mycket märkligt uttalande. Kärnan i LOU är konkurrens. Bolaget har presenterat en lång utläggning om väskan har två andra fickor, med kardborreband och blixtlås. När produkten levereras är mätaren emellertid fastsatt i den vanliga fickan och det kan antas att genomsnittspatienten antar att det är där mätaren skall sitta. Det är således i den fickan mätaren måste sitta fast. Påståendet att Stockholms läns landsting inte gör funktionsprover är korrekt, det är nämligen en uppgift som normalt ankommer på leverantören. Miljöavdelningen har tittat på PVC-kravet. Stockholms läns landsting instämmer dock med motparten om att det i fortsättningen vore klokt att ange i utvärderingsunderlaget hur det utförs.

Johan Vikner har förevisat olika väskor, hur mätarna är fastsatta i väskorna och om de ramlar ur när väskan lutas och har i vittnesförhör uppgivit bland annat följande. Vid visningen ramlade bolagets mätare inte ur väskan när den lutades. Han är business manager hos bolaget. Den väska som bolaget tidigare hade till mätaren innehöll PVC-plast. De tog fram en ny modell till upphandlingen utan sådan plast. Väskan har tre fack, ett med snodd, ett med kardborreband och ett med blixtlås. Mätaren halkar inte ur väskan när den öppnas. De misstänker att Abbotts och Bayers mätare innehåller PVC-plast. De blev förvånade över att Stockholms läns landsting bedömde sig sakna resurser att utreda PVC-innehållet.

Lena Insulander har förevisat olika väskor, hur mätarna är fastsatta i väskorna och om de ramlar ur när väskan lutas och har i vittnesförhör uppgivit bland annat följande. Vid visningen ramlade bolagets mätare ur väskan, när hon behandlade den som patienter normalt gör. Hon arbetar inom vården sedan många år och lär patienter ta blodsockertester och utbildar vårdpersonal. Bakgrunden till skall-kravet är att de har sett ett behov. Om mätaren faller ur väskan, ner på golvet eller liknande, kan resultaten bli otillförlitliga. Mätarna skall passa för alla typer av patienter, både äldre med skakiga händer och barn och ungdomar. Om väskan öppnas upp och ner skall mäta-

ren inte falla ur. Bolagets mätare faller ur väskan när den öppnas. Testerna utfördes genom att väskorna öppnades ca ett tiotal gånger. Det är inte helt klart vad som krävdes för att produkten skulle anses uppfylla skall-kravet.

Länsrättens bedömning

Av 1 kap. 4 § LOU framgår att en upphandling skall göras med utnyttjande av de konkurrensmöjligheter som finns och även i övrigt genomföras affärsmässigt. Anbudsgivare, anbudssökande och anbud skall behandlas utan ovidkommande hänsyn. Vidare gäller de EG-rättsliga principerna om icke-diskriminering, likabehandling, transparens (öppenhet och förutsebarhet), proportionalitet och ömsesidigt erkännande. Grund för att ingripa mot en upphandling kan föreligga om den upphandlande enheten har åsidosatt kravet på affärsmässighet eller förbudet mot ovidkommande hänsyn i 1 kap. 4 § LOU eller någon av de uppräknade EG-rättsliga principerna och detta har medfört att leverantören lidit eller kan komma att lida skada.

De krav som den upphandlande enheten ställer i förfrågningsunderlaget kan uttryckas i så kallade skall-krav vilka, till skillnad från så kallade bör-krav, är o villkorliga för att anbudet skall kunna komma i fråga för antagande. Ett anbud som inte uppfyller samtliga ställda skall-krav får inte antas eftersom detta skulle strida mot principen om likabehandling av anbudsgivarna. Detta framgår bl.a. av EG-domstolens praxis (jfr till exempel mål C 243/89, kommissionen mot Danmark). En överträdelse av nämnda princip strider mot 1 kap. 4 § LOU.

Halkrisk

Stockholms läns landsting har i utvärdering och tilldelningsbeslut gjort gällande att bolaget inte uppfyller skall-kravet att mätaren ej skall 'halka' ur förvaringsväskan när den öppnas. I frågor & svar har kravet förtydligats till

att innebära ”om man öppnar förvaringsväskan och lutar den, antingen halkar mätaren ur förvaringsväskan eller så sitter den kvar”. Parterna har vid den muntliga förhandlingen förevisat öppning av väskorna samt hur mätaren sitter fast. Såsom angivits ovan får bedömning och krav vid utvärderingen av anbud inte ske utifrån andra krav än de som uppställts i förfrågningsunderlaget. Länsrätten konstaterar att det krav som uppställts enligt formuleringen innebär att mätaren inte skall halka ur om väskan öppnas och lutar och inte såsom framfördes vid den muntliga förhandlingen att mätaren skall sitta kvar när väskan till exempel hålls upp och ner, skakas eller kanten på den viks ner osv. Länsrätten finner utifrån vad som visades vid den muntliga förhandlingen att bolagets mätare uppfyller detta skall-krav.

PVC-plast

Den andra frågan i målet är skall-kravet gällande att ”varan eller delar av varan är fri från PVC-plast”. Bolaget har anfört att anbudsgivarna Abbott Scandinavia AB och Johnson & Johnson AB inte uppfyller dessa skall-krav. Bolaget har inte lagt fram någon bevisning i målet för dessa påståenden. Länsrätten finner därför att det inte är visat att anbudsgivarna inte uppfyller skall-kraven.

Med hänsyn till vad som ovan konstaterats finner länsrätten att Stockholms läns landsting, genom den gjorda upphandlingen och utvärderingen, inte förfarit affärsmässigt och har därför brutit mot LOU. Vidare finner länsrätten att detta förhållande har medfört att bolaget har lidit eller kan komma att lida skada. Förutsättningar för åtgärd enligt 7 kap. 2 § LOU föreligger därför. Länsrätten har enligt detta lagrum att, oavsett hur yrkandet utformats, välja mellan att besluta att upphandlingen skall göras om eller att den skall rättas. Den konstaterade felaktigheten kan inte anses ha påverkat upphandlingens konkurrensuppsökande skede utan det senare stadium i förfarandet då prövning av anbud skall göras. Länsrätten finner att upphandlingen inte

får avslutas förrän Stockholms läns landsting vidtagit rättelse på så sätt utvärderingen görs om.

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga 1 (DV3109/1a)


Eva Bäckström

Rådman

Föredragande har varit Berit Hamrén.



HUR MAN ÖVERKLAGAR - PRÖVNINGSTILLSTÅND

Den som vill överklaga länsrättens beslut skall skriva till kammarrätten i Stockholm. Skrivelsen skall dock skickas eller lämnas till länsrätten.

Överklagandet skall ha kommit in till länsrätten inom tre veckor från den dag då klaganden fick del av beslutet. Tiden för överklagandet för offentligpart räknas emellertid från den dag beslutet meddelades.

Om sista dagen för överklagandet infaller på lördag, söndag eller helgdag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton räcker det att skrivelsen kommer in nästa vardag.

För att ett överklagande skall kunna tas upp i kammarrätten fordras att prövningstillstånd meddelas. Kammarrätten lämnar prövningstillstånd om det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att överklagandet prövas, anledning förekommer till ändring i det slut vartill länsrätten kommit eller det annars finns synnerliga skäl att pröva överklagandet.

Om prövningstillstånd inte meddelas står länsrättens beslut fast. Det är därför viktigt att det klart och tydligt framgår av överklagandet till kammarrätten varför man anser att prövningstillstånd bör meddelas.

Skrivelsen med överklagande skall innehålla

1. den klagandes namn, personnummer, yrke, postadress och telefonnummer. Dessutom skall adress och telefonnummer till arbetsplatsen och eventuell annan plats där klaganden kan nå för delgivning lämnas om dessa uppgifter inte tidigare uppgetts i målet. Om någon person- eller adressuppgift ändras är det viktigt att anmälan snarast görs till kammarrätten,
2. det beslut som överklagas med uppgift om länsrättens namn, målnummer samt dagen för beslutet,
3. de skäl som klaganden anger till stöd för begäran om prövningstillstånd,
4. den ändring av länsrättens beslut som klaganden vill få till stånd,
5. de bevis som klaganden vill åberopa och vad han/hon vill styrka med varje särskilt bevis.

Skrivelsen skall vara undertecknad av klaganden eller hans ombud. Adressen till länsrätten framgår av beslutet. Om klaganden anlitar ombud skall denne sända in fullmakt i original samt uppge sitt namn, adress och telefonnummer.

